



Messung der Spannungen mit den DAQ Modulen.
 Die Einstellungen sind ident mit denen vom Express VI
 Funktion: Es wird der Messkanal AI0 der Messkarte 9205
 konfiguriert mit einem Messbereich von +5V und der Messart
 RSE. Dann lese ich 100 Messwerte ein und beilde daraus die
 Summe, um dann später den Mittelwert zu ermitteln.

Problem: Diese
 Methode ist nicht so
 genau wie die Express
 Version